



## स्वास्थ्य मन्त्रालय

### बोलपत्र/दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

#### प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०५।२८

आ.व.०७४।०७५ मा यस अस्पतालको लागि आवश्यक Fowler Bed (Patient Bed) बोलपत्रको माध्यम वाट खरीद गर्नुपर्ने भएकोले योग्य इजाजत प्राप्त बोलपत्रदाता वाट निम्नशर्तहरूको अधिनमा रही रित पूर्वकको बोलपत्र भरतपुर अस्पतालको Web site [www.bharatpurhospital.gov.np](http://www.bharatpurhospital.gov.np) डाउनलोड गरि खरीद गर्न सकिनेछ ।

#### शर्तहरू:

१. आ.व. २०७३/०७४ का लागि नविकरण भएको इजाजतपत्रदर्ता र मु.अ.कर/प्यान नं. सहितको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न राखिनिवेदन दिई भरतपुर अस्पतालको Web site [www.bharatpurhospital.gov.np](http://www.bharatpurhospital.gov.np) मा गई TOR download गर्न सकिनेछ । बोलपत्र खरीद गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले तपशिल अनुसारको रकम, उल्लेखित मिति र समयमा यस अस्पतालको रा.वा.बैंक भरतपुरमा रहेको चल्तीखाता नं.१३१००००९६७०१ मा जम्मा गरी खरीद गर्न सकिनेछ ।
२. बोलपत्र पेश गर्दा जमानत वापत तपशिलमा उल्लेखित रकम को.ले.नि.का.चितवनको रा.वा.बैंक, भरतपुर शाखामा रहेको ख ३ धरौटी १३१०२०३०००००० खातामा रकमजम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा कम्तिमा १२० दिन म्याद भएको यस अस्पतालको नाममा जारी भएको विड वण्ड पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र स्वीकृत भए पछि नियमानुसार आवश्यक यस कार्यालयको नाममा जारी भएको कम्तिमा एक वर्ष म्याद भएको बैंक परफरमेन्स वण्ड पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. खरीद भएको बोलपत्र/दरभाउपत्र तपशिलमा उल्लेखित मिति र समयमा भरतपुर अस्पतालको Web site [www.bharatpurhospital.gov.np](http://www.bharatpurhospital.gov.np) मा गई बैंक भौचर, विडवण्ड, BOQ समेतका कागजात Scan गरी Upload गरी सक्नुपर्नेछ । Upload भएका बोलपत्र तपशिलमा उल्लेखित मिति र समयमा यस अस्पतालमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिने छ । प्रतिनिधि उपस्थित नभएपनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन । बोलपत्र खरीदगर्ने वा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट क्रमश उक्त कार्य हुनेछ ।
४. बोलपत्र दाताले कबोल गरेको प्रत्येक आइटमको दररेटलाई (कर बाहेक) अंक र अक्षरमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा उल्लेखित दररेटमा भिन्नता भएमा अक्षरलाई मान्यतादिइने छ ।
५. बोलपत्र दाताले कबोल गरेको बोलपत्रमा तोकिएको परिमाण मापदण्ड अनुसार र समयमा सामान सप्लाई गर्न नसकेमा बजारबाट सिधै खरीद गरिनेछ । त्यसरी खरीद गर्दा बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको मुल्यभन्दा बढी पर्न गएमा बोलपत्र दाताको धरौटी रकम वा भुक्तानी गर्न बाकि रकमबाट असुलउपर गरिनेछ ।
६. बोलपत्रमा उल्लेखित सामानहरू पटक पटक वा एकमुष्ट रुपमा खरीद गरिने छ । खरीद गरिने सामानको परिमाण आवश्यकता अनुसार हुनेछ ।
७. कुनै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आइटम वाइज रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस अस्पतालमा सुरक्षित रहनेछ ।
८. संभौता गरी सामान सप्लाई नगर्ने फर्मलाई नियमानुसार कालोसूचीमा दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइनेछ ।
९. थप जानकारीको लागि यस अस्पतालको जिन्सी शाखामा सर्म्पर्क राख्न सकिनेछ ।

Medical Superintendent



- १०) शर्त रहेको, रीत नपुगेको तथा म्याद नाघी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हनेछैन । एक फर्म वा सस्थाको नाममा खरिद गरिएको बोलपत्र अर्को फर्मको नामवाट जम्मा गर्न पाईने छैन ।
- ११) बोलपत्रदाताले आफू कालोसूचीमा नपरेको भनी स्वयं घोषणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- १२) औषधीजन्य सामाग्रीहरुको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर/प्यान र सर्जिकलजन्य सामानहरुको हकमा मु.अ.करमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- १३) यसमा नपरेका अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ अनुसार हुनेछ ।

सि.नं.	ठे.नं.	विवरण	धरौटी रकम	बोलपत्र दस्तुर	बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति	बोलपत्र खोले मिति	बोलपत्र दस्तुर दाखिला गर्ने बैक तथा खाता नं.	कैफियत
१	२२१०७४१०७५	Fowler Bed (Patient Bed)	३३०००१	१०००१००	१५ औं दिनको ५१०० वजे	१६ औं दिनको २१०० वजे	रा.वा.बैक भरतपुर, च.हि.नं ९६७	

Medical Superintendent



### Technical Specification of Fowler Bed

S/N	Technical Specifications	Bidder's proposed specification
	<b>Manufacturer:</b>	
	<b>Country Of Origin:</b>	
	<b>Made In:</b>	
	<b>Model No.</b>	
	<b>Type/Brand</b>	
1.	<b>Description of Function</b>	
2.	General Fowler Beds are required in the wards for comfort & safety of the patient and to facilitate comfortable transfer to and from emergency/OT/Wards etc.	
3.	<b>Operational Requirements</b>	
4.	Bed mainframe perforated heavy gauge sheet. The system must be mechanically operable.	
5.	<b>System Configuration</b>	
6.	Four sections fowler bed (mechanically Operating) with complete accessories.	
7.	<b>Technical Specifications</b>	
7.1.	The base of the bed must have four sections perforated top.	
7.2.	Fowler bed with mechanically operated back rest and knee rest.	
7.3.	Must have smooth crank mechanism.	
7.4.	Must have High quality mattress(4 section) company made & mattress platform must be Covered by anti bacterium ABS material.	
7.5.	Shall have detachable ABS head and foot boards.	
7.6.	High quality casters wheel of atleast 125mm dia with diagonal breaks.	
7.7.	Must have provision of I.V rod on both side of the bed.	
7.8.	Movement Shall be : Backrest lifting : 0° to 65° or more Knee break lifting : 0° to 30° or more	
7.9.	Bedside locker & IV rod should be provided from the same company	
7.10.	Must have collapsible S.S side railings on both side.	
7.11.	Dimensions of bed: Length: 2100 -2290mm Width:900 -1020mm Height: 500mm Mattress Size: appropriate as per bed size at least	

Medical Superintendent



	12cm thick	
	<b>Accessories, spares and consumables</b>	
1.	<b>Accessories:</b> Bed Ends, detachable: 01 pair X-ray and chart holder: 1 no. Telescopic IV Rod: 01 no. Mattress 12 cm thick: 01 no	
2.	All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment to be included in the offer. Bidders must specify the quantity of every item included in their offer (including items not specified above).	
3.	<b>Operating Environment:</b> The system offered shall be designed to be stored and to operate normally under the conditions of the purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc.	
4.		
<b>Terms and Conditions</b>		
1.	Must submit valid ISO13485:2012/ AC : 2007 for Medical Devices. <b>AND</b>	
2.	Must submit valid CE (93/42 EEC Directives) approved product certificate or US-FDA approved product certificate must be valid.	
3.	The supplier must submit the original brochure or e-copy.	
4.	The local agent should be available instantly for the after sales services.	
5.	The bidder must arrange for the equipment to be installed and commissioned by qualified and factory trained personnel; certificate of company trained local manpower must be submitted along with the bid; any prerequisites for installation to be communicated to the purchaser in advance, in detail.	
6.	Warranty should be 2 years from the date of installation of the machine and another 3 years of free service should be provided.	
7.	The onsite Operational training should be given by qualified technician to the users and maintenance training to the hospital's technician.	

Medical Superintendent



स्वास्थ्य मन्त्रालय

भरतपुर अस्पताल

भरतपुर, चितवन

**Bedside Patient Monitor** को बोलपत्र

S.N	Generic Name	Unit	Qty	दररेट		कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा	
1	Fowler Bed (Patient Bed)	PC	20			
<b>Total</b>						
<b>VAT 13%</b>						
<b>Grand Total</b>						
	<b>Name of Bidder:</b>					
	<b>Signature:</b>					
	<b>Date</b>					
	<b>Office Seal</b>					

Medical Superintendent