



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

भरतपुर अस्पताल, चितवन

दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०४।१८)

यस अस्पताल लाई तपशिलमा उल्लेखित सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकोले मु.अ.क.मा दर्ता भएका इच्छुक ईजाजत प्राप्त सप्लायर्स, विक्रेता तथा व्यवसायीहरूले, रितपूर्वकको दरभाउपत्र तपशिलको शर्तहरू पालना हुने गरी यस अस्पतालको Website- www.bharatpurhospital.gov.np को eProcurement System मार्फत पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरू:

१. आ.व. २०७४/०७५ का लागि नविकरण भएको इजाजतपत्रदर्ता, मु.अ.कर दर्ता सहितको स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र, ०७३।०७४ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न राखिनिवेदनदिई यस अस्पतालको Website <http://www.bharatpurhospital.gov.np>को eProcurement System मा गई TOR download गर्न सकिनेछ । TOR खरीद गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले तपशिल अनुसारको रकम, उल्लेखित मिति र समयमा यस अस्पतालको रा.बा.बैंक भरतपुरमा रहेको चल्तीखाता नं.१३१००००९६७०१ मा जम्मा गरी खरीद गर्न सकिनेछ ।
२. दरभाउपत्र पेश गर्दा जमानत वापत तपशिलमा उल्लेखित रकम को.ले.नि.का.चितवनको रा.बा.बैंक, भरतपुर शाखामा रहेको ख ३ धरौटी १३१०२०३०००००० खातामा रकमजम्मा गरेको सककल बैंक भौचर वा कम्तिमा १२० दिन म्याद भएको यस अस्पतालको नाममा जारी भएको विड वण्ड पेश गर्नुपर्नेछ ।
३. खरीद भएको दरभाउपत्र तपशिलमा उल्लेखित मिति र समयमा यस अस्पतालको Website <http://www.bharatpurhospital.gov.np>को eProcurement System मा गई बैंक भौचर, विडवण्ड, BOQ समेतका कागजात Scan गरी Upload गरी सक्नुपर्नेछ वा लेखाशाखामा बुझाउनु पर्ने छ । Upload भएका वा प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरू तपशिलमा उल्लेखित मिति र समयमा यस अस्पतालमा दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिने छ । प्रतिनिधि उपस्थित नभएपनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन । दरभाउपत्र खरीदगर्ने वा दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट क्रमश उक्त कार्य हुनेछ ।
४. दरभाउपत्र दाताले कबोल गरेको प्रत्येक आइटमको दररेटलाई (मु.अ.कर बाहेक) अंक र अक्षरमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा उल्लेखित दररेटमा भिन्नता भएमा अक्षरलाई मान्यतादिइने छ ।

- ५) सप्लाई गरिने सम्पूर्ण सामानहरु यसै साथ संलग्न स्पेसिफिकेशन बमोजिमको उच्च गुणस्तरको हुनपर्नेछ ।
- ६) कुनै दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस अस्पतालमा सुरक्षित रहनेछ ।
- ७) सप्लाई गरिएका सामानहरु निरिक्षण एव परिक्षण गर्दा समझौतामा उल्लेखित गुणस्तर बमोजिमका नभए समझौता रद्द गरिनेछ ।
- ८) समझौता गरी सामान सप्लाई नगर्ने फर्मलाई नियमानुसार कालोसूचीमा दर्ताको लागि सम्वन्धित निकायमा लेखि पठाइनेछ ।
- ९) थप जानकारीको लागि यस अस्पतालको जिन्सी शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
- १०) शर्त रहेको, रीत नपुगेको तथा म्याद नाघी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हनेछैन । एक फर्म वा सस्थाको नाममा खरिद गरिएको बोलपत्र अर्को फर्मको नामबाट जम्मा गर्न पाईने छैन ।
- ११) दरभाउपत्रदाताले आफू कालोसूचीमा नपरेको भनी स्वयं घोषणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- १२) यसमा नपरेका अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ अनुसार हुनेछ ।

| नं | ठे.नं. | विवरण | धरौटी रकम | दरभाउ दस्तुर | दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति | दरभाउ दाखिला गर्ने अन्तिम मिति | दरभाउपत्र खोल्ने मिति | कैफियत |
|----|------------|---|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| १ | ५१,०७४।०७५ | Smith & Nephew Arthroscopy सेटमा लाग्ने Camera Head & Coupler | २७,०००।- | ३०००।- | ७ औं दिनको ५।०० वजे | ८ औं दिनको १२।०० वजे | ८ औं दिनको २।०० वजे | |

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भरतपुर अस्पताल, भरतपुर, चितवन
ठे.नं. ५१, ०७४।०७५ Camera Head & Coupler को दरभाउपत्र फाराम

| सि.नं. | विवरण | परिमाण | मुल्य रु (अंकमा) | मुल्य रु (अक्षरमा) | कैफियत |
|--------|---|--------|---------------------|--------------------|--------|
| १ | Smith & Nephew Arthoscopy सेटमा लाग्ने Camera Head & Coupler | १ सेट | | | |
| | थप मु.अ.क. १३ प्रतिशत | | | | |
| | कुल जम्मा रकम | | | | |
| | पेश गर्ने फर्मको नाम | | | | |
| | आधिकारीक ब्यक्तिको दस्तखत | | | | |
| | फर्मको छाप | | | | |
| | पेश गरेको मिति | | | | |
| | फोन नं., मो.नं. | | | | |



Technical Specification for Full HD Camera Head & Coupler (Proprietary Item)

- It should be a Three Chip high definition camera head with 1920x1080 native resolution, should have interlaced scanning for better light sensitivity.
- The system should have Digital /Optical Zoom to enhance the quality of Image size, regardless of the telescope used.
- Button controls on camera Head to control vital functions of camera, like White Balance, Brightness etc.
- Video Outputs: DVI, HD-SDI, S-Video and RGB (Optional).
- The Camera Head should have a focusing coupler for even focus control.
- Should offer both NTSC and PAL Video Formats.
- The Unit should be compatible for recording of stills and videos from the camera head itself.
- The system should be Menu driven, thus allowing the surgeon to program the camera head functions as per the surgical needs & requirement.

~~Book~~

Dr. Sriram Kumar Prasad
Senior Consultant, Bethesda Hospital